

Detektorempfehlung für die Blutalkoholanalyse

Anforderung	ECD	FID	MS	WLD
Probenbestandteile nachweisbar	-	+	+	+
Nachweisbarkeit von Ethanolspuren	-	+	+	-
großer Konzentrationsbereich muss messbar sein	-	+	+	-
geringe Konzentrationsunterschiede müssen unterscheidbar sein	-	+	+	-
Fazit:	ungeeignet	1. Wahl	1. Wahl	2. Wahl